

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacje ogólne

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**
Zamawiający: **Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego**
Adres zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

Podstawa prawna:

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) **(dalej, jako Pzp)**.

I.Przedmiot zamówienia

Dostawy sprzętu do zabiegów kardiologii inwazyjnej w pracowni hemodynamiki wraz z zapewnieniem składu konsygnacyjnego

- Pakiet nr 1 – **Cewnik diagnostyczny do koronarografii**
- Pakiet nr 2 – **Cewnik prowadzący do koronaroplastyki**
- Pakiet nr 3 – **Introducery**
- Pakiet nr 4 – **Introducery zbrojone długie**
- Pakiet nr 5 - **Prowadniki do koronarografii**
- Pakiet nr 6 – **Prowadniki hydrofilne**
- Pakiet nr 7 – **Prowadniki do koronaroplastyki**
- Pakiet nr 8 – **Balony do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej**
- Pakiet nr 9 – **Stenty Cr-Co do zmian krętych średnich naczyń**
- Pakiet nr 10 – **Stenty wieńcowe Cr-Co na balonie wysokociśnieniowym**
- Pakiet nr 11 – **Cewniki balonowe o małej średnicy rozmiarów do zmian twardych**
- Pakiet nr 12 - **Cewniki balonowe typu semi compliant o niskim profilu**
- Pakiet nr 13 - **Cewniki balonowe non compliant do angioplastyki wieńcowej**
- Pakiet nr 14 - **Cewnik-głowica do ultrasonografii wewnątrznacyniowej (IVUS)**
- Pakiet nr 15 - **Stentgrafty wieńcowe**
- Pakiet nr 16 - **Strzykawka ciśnieniowa z manometrem**
- Pakiet nr 17 - **Kopułki ciśnieniowe**
- Pakiet nr 18 - **Sprzęt drobny**
- Pakiet nr 19 - **System protekcji obwodowej**
- Pakiet nr 20 - **Stenty wieńcowe uwalniające lek**
- Pakiet nr 21 - **Wkłady do strzykawki automatycznej**
- Pakiet nr 22 - **Igły angiograficzne**
- Pakiet nr 23- **Stenty wieńcowe platynowo-chromowe uwalniający pochodną rapamycyny**
- Pakiet nr 24 - **Opatrunek jednorazowy z punktowym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej**

Pakiet nr 25 - **System do aspiracji skrzeplin**

Pakiet nr 26 - **Pakiet stentowo- balonowy do zmian w rozgałęzieniach**

Pakiet nr 27 - **Stenty kobaltowo-chromowe do bezpośredniej implantacji**

Pakiet nr 28 - **Stenty kobaltowo-chromowe do długich naczyń i trudnych zmian**

Liczba pakietów – **28**.

CPV: 33111710-1, 33111730-7.

Formularz cenowy (dokładny opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na pakiety) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (**dalej jako: SIWZ**), który należy wypełnić i dołączyć do oferty.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na poszczególne pakiety

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niepełnych w pakiecie.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku opisanego w art.93 ust. 4 Pzp.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających po zaistnieniu przesłanek art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

II. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego.

III. Termin realizacji zamówienia

Sukcesywnie przez **okres 12** miesięcy od daty zawarcia umowy.

IV. Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp,
- akceptują wzór umowy i w razie wygrania przetargu podpiszą go bez zastrzeżeń,
- akceptują SIWZ,
- zapewniają utrzymanie ceny ofertowej przez okres trwania umowy,
- akceptują termin płatności minimum 30 dni, liczony od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu,
- posiadają doświadczenie w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia - przedłożą wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; ponadto przedłożą dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie (referencje),

- oferowany przez nich sprzęt medyczny spełnia wszystkie wymogi podane w załączniku nr 1 do SIWZ,
- oferowany przez nich przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 z późniejszymi zmianami),

V. Sposób oceny warunków

I.p.	Nazwa (rodzaj) warunku	Sposób oceny
1.	spełnienie wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp	na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ
2.	brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 Pzp	na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ
3.	posiadanie doświadczenia w zakresie dostaw będących przedmiotem zamówienia	na podstawie wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
4	akceptacja warunków płatności, akceptacja SIWZ, spełnienie przez sprzęt wymogów z zał. nr 1 do SIWZ, zapewnienie utrzymania ceny ofertowej przez okres trwania umowy,	na podstawie oświadczeń, które zawiera wzór oferty – załącznik nr 2 do SIWZ
5	akceptacja warunków umowy	na podstawie zparafowanego wzoru umowy stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ oraz oświadczenia o jego bezwarunkowej akceptacji
7.	spełnianie przez przedmiot zamówienia warunków określonych w Ustawie o wyrobach medycznych	na podstawie dokumentów dołączonych do oferty przetargowej

VI.Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w powyższej tabeli wiersz 3.

Wymagania podmiotowe w zakresie opisanym w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp i art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 i ust. 2 pkt. 1-3 Pzp będą sprawdzane i weryfikowane oddzielnie dla każdego Wykonawcy wchodzącego w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

VII. Wadium

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:

- dla pakietu nr 1: 156,00 zł,
- dla pakietu nr 2: 1.680,00 zł,
- dla pakietu nr 3: 556,40 zł,
- dla pakietu nr 4: 54,00 zł,
- dla pakietu nr 5: 160,00 zł,
- dla pakietu nr 6: 850,00 zł,
- dla pakietu nr 7: 2.100,00 zł,
- dla pakietu nr 8: 600,00 zł,

dla pakietu nr 9: 1.300,00 zł,
dla pakietu nr 10: 1.300,00 zł.
dla pakietu nr 11: 320,00 zł
dla pakietu nr 12: 900,00 zł
dla pakietu nr 13: 900,00 zł
dla pakietu nr 14: 1.020,00 zł
dla pakietu nr 15: 150,00 zł
dla pakietu nr 16: 1.005,00 zł
dla pakietu nr 17: 77,50 zł
dla pakietu nr 18: 435,00 zł
dla pakietu nr 19: 125,00 zł
dla pakietu nr 20: 1.110,00 zł
dla pakietu nr 21: 250,00 zł
dla pakietu nr 22: 40,00 zł
dla pakietu nr 23: 2.775,00 zł
dla pakietu nr 24: 610,00 zł
dla pakietu nr 25: 198,00 zł
dla pakietu nr 26: 2.325,00 zł
dla pakietu nr 27: 1.340,00 zł
dla pakietu nr 28 : 700,00 zł

DATA UZNANIA WPLĄTY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

Informacje dodatkowe:

- 1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego,
- 2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Dyrektora Szpitala, budynek C, pok. 32 – 37,
- 3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 Pzp,
- 4) zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 Pzp.

VIII. Pozostałe informacje

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:35 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – od osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w sprawach formalno prawnych: Agnieszka Rudzka tel. (074) 6489700,
- w sprawach medycznych: lek. med. Jacek Bezubka tel. (074) 6489628 lub 624

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami może odbywać się formie pisemnej za pomocą Poczty Polskiej lub faksem na numer (074) 6489700. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po **60 dniach** od daty terminu składania ofert.

X. Zawartość oferty

A) Oferta musi zawierać:

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.	Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załączniki nr 1 i nr 2 do SIWZ
2.	Dowód wniesienia lub ustanowienia wadium
3.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust 1 Pzp
4.	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
5.	Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
6.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
8.	Dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot umowy do obrotu na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
9.	Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

	tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
10.	Zaparafowany na każdej stronie wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ wraz z oświadczeniem Wykonawcy o jego bezwarunkowej akceptacji
11.	Oświadczenia: - o akceptacji warunków płatności, - o akceptacji SIWZ, - o utrzymaniu ceny ofertowej w okresie obowiązywania umowy, - o spełnieniu przez sprzęt wymogów z zał. nr 1 do SIWZ

B) Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub kopią tłumaczenia przysięgłego na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w poz. 5, 6 i 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert), b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert), c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert). Ważność dokumentów podlega ocenie według kraju pochodzenia. Zamawiający ma prawo żądania przedstawienia przez Wykonawcę odpowiedniego aktu prawnego wraz z rzetelnym tłumaczeniem (tłumaczeniem przysięgłym lub potwierdzonym przez właściwy organ państwowy brzmieniem w języku polskim).

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W każdym przypadku dokument taki winien być wyposażony w przymiot rękojmi wiary publicznej.

C) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być wystawione po terminie składania ofert ani też dotyczyć okresu po terminie składania ofert.

XI. Sposób składania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisami powszechnego prawa obowiązującego w kraju pochodzenia Wykonawcy.
- Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, przy czym odpowiedź pisemna zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej.
- Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 Pzp.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając informację na stronie internetowej.
- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
- Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późniejszymi zmianami), Wykonawca może, nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje nie mogą być udostępniane. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:
 - części jawnej,
 - części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnice przedsiębiorstwa za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa – powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
- Brak powyższego zastrzeżenia zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za ujawnienie danych zawartych w ofercie, o których mowa w art. 8 ust. 3 Pzp.

Wycofanie oferty lub jej zmiany

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. z podpisem osoby, która podpisała ofertę, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one dołączone do oferty.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >

oferta w <TRYB PRZETARGU>

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>

XII. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego bud C pok. 32-37 (sekretariat Dyrektora szpitala) w terminie do dnia **19.05.2010** r. do godziny **10.00**.
- 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego bud. D w bibliotece (Sali konferencyjnej) w dniu **19.05.2010** r. o godz. **10.15**.
- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XIV. Sposób obliczenia ceny oferty

- 1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.
- 2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

XV. Ocena ofert

- 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny.

- 2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena	100%

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:

Każdy z pakietów będzie oceniany oddzielnie

Cena najniższa otrzymuje automatycznie 100 pkt.

Przeliczenie punktów dla pakietu o wyższej cenie:

Cena najniższa pakietu x z oferty a

$$\frac{\text{Cena wyższa pakietu x z oferty ocenianej}}{\text{Cena najniższa pakietu x z oferty a}} \times 100 \text{ pkt.} = \text{ilość punktów dla pakietu x z oferty ocenianej o wyższej cenie}$$

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4) Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.

7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

XVI. Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków:

- Zgodnie z załącznikiem nr 3 – wzór umowy.

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 Pzp, w wysokości 10% wartości brutto zamówienia, nie później niż w dniu zawarcia umowy.

XVIII.Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z A T W I E R D Z A M:

Mariola Dudziak
Dyrektor Szpitala

data zatwierdzenia: **02.04.2010 r.**

Załącznik nr 1 do SIWZ PAKIET NR 1

„Cewnik diagnostyczny do koronarografii.”

Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
Cewniki diagnostyczne do koronarografii w tym cewniki do lewej i prawej tętnicy wieńcowej, oraz do wentrykulografii. Op. – 5 szt.	Op.	600					

Wymagane parametry:

- pełen wybór kształtów i krzywizn (w tym cewniki do wykonywania badań z dostępu promieniowego),
- średnica zewnętrzna od 5F,
- dostępne w długościach > 120 cm;
- duże światło wewnętrzne minimum 0.047” dla 5F i 0.057” dla F6
- dobra manewrowalność,
- przenoszenie obrotu cewnika na całej długości 1:1;
- atraumatyczna miękka końcówka,
- dobrze widoczny w skopii,
- odporne na złamanie i zagięcie, charakteryzujące się długą pamięcią kształtu.

PAKIET NR 2

„Cewnik prowadzący do koronaroplastyki.”

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Cewnik prowadzący do koronaroplastyki wieńcowej Op. – 1 szt.	Op.	1200					

Wymagane parametry:

- cewniki o dużej średnicy wewnętrznej min. 0,071” dla 6F, 0,058 dla 5F, 0,081 dla 7F, 0,090” dla 8F – przy zachowaniu zbrojenia metalowego
- cewniki zbrojone metalowym oplotem, zapewniające bardzo dobre podparcie
- odporne na złamanie i zagięcie, charakteryzujące się długą pamięcią kształtu, zachowujący niezmiennie światło na całej długości łącznie z końcówką
- dostępne w rozmiarach 5F – 8F,
- końcówka atraumatyczna, dobrze widoczna w skopii,
- pełna gama kształtów i krzywizn (dla dojścia z tętnicy promieniowej, ramiennej; do angioplastyki przęseł aortalno-wieńcowych);
- instrukcja obsługi w języku polskim

PAKIET NR 3

„Introducery”.

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Zestaw do kaniulacji tętnicy: introducer z zastawką i portem bocznym, igła, przewodnik op. – 1 szt. 5F 6F 7F 8F	Op.	1400 700 20 20					

Wymagane parametry:

- zróżnicowane profile 5F – 8F,
- długości 5 – 12 cm;
- atraumatyczne, odporne na złamanie,
- zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory,
- atraumatyczne przejście pomiędzy końcówką a poszerzaczem,
- w asortymencie zestawy do kaniulacji t.promieniowej (igła, przewodnik, introducer, koszulka)

PAKIET NR 4

„Introducery zbrojone długie”.

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Introducery – zbrojone o długości 11 – 35 cm (koszulki wprowadzające) op. – 1szt. 11cm 24cm 35 cm	Op.	30 20 20					

Wymagane parametry:

- zróżnicowane profile 6F – 7F,
- odporne na załamanie i zagięcia,
- zastawka hemostatyczna zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory przy wprowadzaniu cewnika,
- atraumatyczne przejście pomiędzy końcówką a poszerzaczem,
- dające dobre podparcie dla cewnika prowadzącego przy krętym przebiegu tętnic biodrowych,
- zestawy o dużej średnicy wewnętrznej
- pokrycie powłoką o właściwościach hydrofilnych

PAKIET NR 5

„Prowadniki do koronarografii.”

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Prowadniki do koronarografii op. – 1 szt.	Op.	1000					

Wymagane parametry:

- dostępne zakresy średnic zewnętrznych 0,018”- 0,038”,
- dostępne długości 150 - 260 cm,
- zakończone prosto lub w kształcie litery „J”,
- ciągłość materiału zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu,
- giętki, dobrze widoczny w skopii,
- sztywna część proksymalna prowadnika zapewniająca dobrą manewrowalność.

PAKIET NR 6

„Prowadniki hydrofilne”

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Prowadnik hydrofilny (dostępny koniec prosty i zagięty) op. – 1 szt.	Op.	1000					

Wymagane parametry:

- średnica prowadników 0,035”,
- bez oplotu,
- odporny na skręcanie,
- pokryty warstwą poliuretanu i kopolimerem hydrofilnym,
- rdzeń nitinolowy,
- dostępny w długościach >200 cm

PAKIET NR 7

„Prowadniki do koronaroplastyki”

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Prowadniki angioplastyczne Op. – 1 szt.	Op.	1200					

Wymagane parametry zgodne z załączoną oryginalną dokumentacją techniczną:

- średnica 0.014”,
- dostępna końcówka prosta i J,
- dostępny w długości 190-300 cm bez stosowania przedłużacza,
- wybór prowadników o różnych stopniach sztywności (minimum 5 typów),
- dostępny prowadnik z pokryciem hydrofilnym i hydrofobowym
- dostępny prowadnik do udrożeń (min. 7 typów)
- dostępne prowadniki dedykowane do zmian trudnych anatomicznie i w dystalnych odcinkach
- dostępne prowadniki do zmian prostych oraz wymagające dużego podparcia
- szeroki wybór prowadników (min. 15 rodzajów , w tym min. 7 do udrożeń)
- prowadniki z końcówką wykonaną ze stali jak również ze stopów innych metali oraz stopów nitynowych

PAKIET NR 8

„Balony do kontrapulsacji wewnątrzortalnej.”

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Balon do kontrapulsacji wewnątrzortalnej (IABP) z zestawem do wprowadzania Op. – 1 szt.	Op.	30					

Wymagane parametry:

- Kompatybilny z pompą wewnątrzortalną DataScope(25cc,34cc,40 cc)
- Budowa co-lumen
- Elastyczność i oporność na złamania i zagięcia
- Zatraskowy i nieinwazyjny system mocowania cewnika do skóry
- Potwierdzenie zastosowania w conajmniej 500 przypadków w Polsce
- Różne rozmiary balonu dostosowane do wzrostu pacjenta 150-200 cm
- Średnica zestawu wprowadzającego dostępna w wymiarze mniejszym niż 8F i 7,5F
- Średnica 8F w zakresie 25cc do 50 cc(min.3 rozmiary),długość systemu max.75cm
- Dostarczany z zestawem umożliwiającym wprowadzenie balonu metodą bezkoszulkową lub z koszulką;
- Balon wykonany z materiałów nietrombogennych i apyrogennych
- Cewnik ze znacznikami ułatwiającymi ocenę głębokości implantacji
- Czas realizacji zamówień 24 h (dni robocze)

PAKIET NR 9

„Stenty Cr-Co do zmian krętych średnich naczyń.”

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Stenty wieńcowe chromowo-kobaltowe montowane na balonie Op. – 1 szt.	Op.	200					

Wymagane parametry dla asortymentu „1” poparte oryginalną dokumentacją techniczną:

- stent wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego, w technologii modularnej z łączonych laserowo pierścieni , o konstrukcji otwartej komórkowej , zapewniającej dużą elastyczność niezbędną do stentowania krętych naczyń
- dostępne długości stentów od 8-30 mm
- dostępne średnice stentów od 2,25 mm do 4,5 mm
- profil stentu max.0,042 ”dla średnicy 3,0 mm
- skrócenie stentu podczas implantacji poniżej 2%,
- grubość ściany stentu mniejsza lub równa 0,0036
- ciśnienie nominalne , max.9 ATM
- konstrukcja balonu zapobiegająca dysekcji na końcach stentu (balloon overhang)
- stent i system wprowadzający kwalifikujący się do zastosowania w technice direkt stenting
- stent nadający się do stentowania krętych naczyń jak i trudno dostępnych naczyń oraz zapewniający dostęp do gałęzi bocznych
- bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów w różnych rodzajach zmian potwierdzona przeprowadzonymi badaniami klinicznymi z min. 6-cio miesięczną obserwacją
- instrukcja w języku polskim

PAKIET NR 10

„Stenty wieńcowe Cr-Co na balonie wysokociśnieniowym”

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe Op. – 1 szt.	Op.	200					

- Wymagane parametry dla asortymentu „1” poparte oryginalną dokumentacją techniczną:
 - stent chromowo-kobaltowy; o platformie wycinanej laserowo –typu slottedtube o niskiej zawartości niklu max.10 %
 - montowany na balonie zapobiegającym powstaniu dysekcji brzeżnej
 - wymagany niski profil max.0,041 dla 3mm
 - bardzo dobra giętkość i popychalność stentu umożliwiająca dotarcie do krętych naczyń;
 - grubość ściany stentu nie większa niż 0.0032”, dla wszystkich rozmiarów
 - dostępny w rozmiarach średnic 2.5 mm,2,75mm,3,0mm,3,5mm, 4,0 mm;
 - dostępny w długościach od 8.0 mm do minimum 38.0 mm dla wszystkich rozmiarów;
 - stenty na balonie wysokociśnieniowym (umożliwiającym ciśnienie doprężania min,18ATM dla wszystkich rozmiarów
 - pewne i mocne umieszczenie stentu na balonie zabezpieczające przed zgubieniem stentu
 - niska restenoza po 6 miesiącach potwierdzona wielośrodkowymi badaniami, dołączyć opis badania
 - stent posiadający CE ze wskazaniem do użycia w AMI

PAKIET NR 11

„Cewniki balonowe o małej średnicy rozmiarów do zmian twardych”

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Cewnik balonowy do zmian twardych Op. – 1 szt.	Op.	100					

Wymagane parametry dla asortymentu „1” poparte oryginalną dokumentacją techniczną:

- profil balonu max.0,024”
- ciśnienie nominalne max.8ATM
- średnica balonu nominalna wyłącznie 1,5mm
- długości balonu przy średnicy 1,5mm od 8mm do 40 mm
- RBP 12 ATM
- dwusegmentowa budowa systemu doprowadzającego- sztywna część proksymalna , elastyczna część dystalna
- łatwość przechodzenia cewnika przez kręte zwężenia , trudno dostępne zmiany

PAKIET NR 12

„Cewniki balonowe typu semi compliant o niskim profilu”

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Cewniki balonowe typu semi compliant Op. – 1 szt.	Op.	300					

Wymagane parametry dla asortymentu poparte oryginalną dokumentacją techniczną:

- możliwość stosowania przy twardych, ciasnych, krętych i zwapniałych zmianach,
- dostępne długości 9, 12, 15, 20, 30mm
- shaft proksymalny /dystalny wynosi 1,8/2,4F
- ciśnienie nominalne 6ATM,RBP 14 ATM dla średnic 2,25-3,25mm oraz 12 ATM dla średnic 1,5; 2,0; 3,5-4,0 mm(dopuszczone), maksymalnie 18 ATM
- dostępne średnice od 1,5; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5 ; 3,75 ;4,0mm
- cewnik o bardzo dobrym podparciu i popychalności z niskim profilem wejścia ,konstrukcją stalową hypotue
- materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe, ciasne zmiany,

PAKIET NR 13

„Cewniki balonowe non compliant do angioplastyki wieńcowej.”

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Cewniki balonowe typu non compliant Op. – 1 szt.	Op.	300					

Wymagane parametry poparte oryginalną dokumentacją techniczną:

- średnica od 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 mm
- profil balonu 0,026 dla średnicy 3 mm
- bardzo dobre podparcie i popychalność – budowa stalowa typu hypotube
- ciśnienie nominalne 10 ATM oraz RBP 20ATM dla 3,0mm
- końcówka w połączeniu z niskim profilem zapewnia łatwość przejścia przez wąskie kręte i zwężone naczynia
- balon wykonany z elastycznego materiału, z dużą giętkością, odporny na zadrapania i uszkodzenia

PAKIET NR 14

„Cewnik-głowica do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS)”

Lp	Nazwa produktu	Ilość	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	W tym podatek VAT
1	Cewnik - głowica do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS).	30 szt.					

Wymagania:

Kompatybilność z urządzeniem s5 firmy Volcano Therapeutics

Cewniki do ultrasonografii tętnic wieńcowych (*Crossing profile* nie większy niż 3,5 F, częstotliwość pracy głowicy nie mniejsza niż 20 MHz, dostosowane do przewodnika 0,014")

PAKIET NR 15

„Stentgrafty wieńcowe.”

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Stentgraft do tętnic wieńcowych montowany na balonie Op. – 1 szt.	Op.	5					

Wymagane parametry:

- długość stentgraftu od 9.0 mm do minimum 25.0 mm,
- możliwość rozprężenia do średnicy od 2.5 mm do 5.0 mm,

PAKIET NR 16

„Strzykawka ciśnieniowa z manometrem”.

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Strzykawka z manometrem 1 szt. – Op.	Op.	1500					

Wymagane parametry:

- Wykonana z przezroczystego materiału;
- wytwarzająca ciśnienie min. 30 atm.,
- pojemność min. 20 ml,
- możliwość łatwego wykonywania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji,
- w zestawie ze strzykawką kranik trójdrożny,
- wykonana z przezroczystego materiału,
- z ruchomą lewostronną końcówką,
- możliwość łatwego i łagodnego przesuwania tłoka,
- podziałka na matrycy manometru co 1 Atm.
- uchwyt pistoletowy

PAKIET NR 17

„Kopułki ciśnieniowe.”

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	przetwornik do pomiaru ciśnienia systemowego metodą krwawą Op. – 1 szt.	Op.	250					

PAKIET NR 18

Sprzęt drobny

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Rampa dwudrożna (Łącznik dwukranowy) op. – 1 szt.	Op.	2000					

Wymagane parametry:

- wysokociśnieniowy (1050 PSI),
- możliwość płynnego ustawienia zaworów 180 stopni,
- duża średnica wewnętrzna,
- z lewostronnym elementem ruchomym,
- wykonane z przezroczystego materiału.

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
2	Y-conector Op. – 1 szt.	Op.	1200					
3	Torquer Op. – 1 szt.	Op.	100					

Wymagane parametry:

Y-conector – światło wewnętrzne zastawki 9.5F,

- z ruchomą końcówką,
- wykonany z przezroczystego materiału
- .Torquer – światło wewnętrzne dla przewodnika min.0,009” max. 0,022”.

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
4	Cewnik wysokociśnieniowy (przedłużacz) op. – 1 szt.	Op.	1500					

Wymagane parametry:

- wykonane z przezroczystego **miękkiego i giętkiego** materiału,
- wytrzymujące ciśnienie 1050 PSI,
- zakończone ruchomymi łącznikami,
- różne długości 100-150cm.

PAKIET NR 19

„System protekcji obwodowej”.

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Zestaw do protekcji przed embolizacją obwodową do zabiegów na tętnicach wieńcowych i przęsłach aortalno-wieńcowych 1 szt. – Op.	Op.	5					

Wymagane parametry potwierdzone oryginalną dokumentacją techniczną:

- system protekcji dystalnej;
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F,
- umożliwiający wykonywanie zabiegów na naczyniach kalibru powyżej 3.0-3.5 mm,
- możliwość zastosowania na krętych odcinkach naczyń,
- system posiadający udokumentowana skuteczność w badaniach klinicznych;

PAKIET NR 20

„Stenty wieńcowe uwalniające lek.”

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Stenty wieńcowe montowane na balonie uwalniające substancję antymitotyczną Op. – 1 szt.	Op.	60					

Wymagane parametry udokumentowane oryginalną dokumentacją techniczną:

- stenty powleczone paklitakselem lub sirolimusem;
- montowane na balonie wysokociśnieniowym o RBP minimum 16 atm.,
- minimum 7 długości stentów w przedziale od 8.0 mm do minimum 32.0 mm,
- średnica stentów 2.25 mm do 5.0 mm,
- duża siła radialna stentu,
- nie zmieniające profilu przy przechodzeniu przez kręte naczynia,
- możliwość zastosowania z cewnikiem prowadzącym F5 dla stentów do średnicy 4.0 mm;
- bezpieczeństwo stosowania i skuteczność w redukcji restenozy potwierdzona w dużych badaniach klinicznych lub pozytywna ocena referencyjnego ośrodka oparta na grupie minimum 100 pacjentów;.

PAKIET NR 21

„Wkłady do strzykawki automatycznej.”

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Wkład do strzykawki automatycznej Op. – 1 szt.	Op.	1000					

- wkład 150 ml pasujący do strzykawki automatycznej Mark V ProVis

PAKIET NR 22

„Igły angiograficzne”

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Igła angiograficzna	Op.	1000					

- igła do nakłucia tętniczego ostro zakończona , rozmiar 18G, długość 70 mm , przewodnik drutowy, do max. 0,038/097mm ze stali nierdzewnej Fi 1,3 mm

PAKIET NR 23

„Stenty wieńcowe platynowo-chromowe uwalniający pochodną rapamycyny”

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Stenty wieńcowe kobaltowo- chromowe pokrywane lekiem antyproliferacyjnym Op. – 1 szt.	Op.	150					

Wymagane parametry udokumentowane oryginalną dokumentacją techniczną:-

- średnice 2,25-4,00mm
- długości 8-32mm(8,12,16,20,24,28,32mm)
- stop platynowo-chromowy
- pochodna rapamycyny jest uwalniana z trwałego polimeru
- ciśnienie nominalne 12 ATM
- ciśnienie RBP 18 ATM
- stosunek powierzchni stentu do naczynia 12-16%
- profil końcówki natarcia lesion entry profile -0,017” dla wszystkich rozmiarów
- profil stentu z balonem dla średnicy 3,0mmmax 0,043”
- długość balonu poza stentem „ballon overhang” 0,4mm
- recoil max.3%
- duża siła radialna min. 0,26N/mmZ

PAKIET NR 24

„Opatrunek jednorazowy z punktowym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej”

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Opatrunek jednorazowy z punktowym uciskiem na miejsce nakłucia tętnicy promieniowej	Op.	1000					

- komora uciskowa wypełniona powietrzem (nominalna objętość 13 ml, maksymalna 18ml) ściśle kontrolowana siła ucisku przez dopełnienie komory powietrzem lub upuszczanie powietrza z komory za pomocą strzykawki
- transparentny materiał pozwala na obserwacją uciskanego miejsca i bezpieczną kontrolę hemostazy
- czas utrzymywania ok. 2 h
- dostępny w rozmiarach standardowym i większym- large (opaska dłuższa o 5 cm)

PAKIET NR 25

„System do aspiracji skrzeplin”

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	System do aspiracji skrzeplin	Op.	30					

- obecność w ofercie zestawów o średnicy zewnętrznej max.0,068”kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F (0,070”) oraz zestawów o średnicy zewnętrznej max.0,078” kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 7F(0,080”)
- szybkość aspiracji min 45cc/min(dla kompatybilnego systemu z cewnikiem prowadzącym 6F) oraz min. 92cc/min(dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F
- cewnik zbrojony opłotem z drutu zapewniającym odporność na złamania i zagięcia zachowujący światło na całej długości łącznie z końcówką
- światło aspiracyjne min. 0,041” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F oraz min. 0,050”dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F
- obecność w każdym z zestawów dwóch strzykawek aspiracyjnych o pojemności min. 20 ml, oraz dwóch filtrów koszykowych na aspirowany materiał zatorowy.
- instrukcja obsługi w języku polskim

PAKIET NR 26

„Pakiet stentowo- balonowy do zmian w rozgałęzieniach”

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Stenty wieńcowe chromowo-kobaltowe do zabiegów w rozgałęzieniach. Op. – 1 szt.	Op.	200					
2	Stenty stalowe do rozgałęzień pokryte przeciwciałami, dla pacjentów z przeciwwskazaniami do długotrwałej terapii przeciwplatekowej.	Op.	5					
3	Balony niskoprofilowe	Op.	200					

Wymagane parametry dla asortymentu „1” poparte oryginalną dokumentacją techniczną:

- stent wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego, o konstrukcji spiralno-sinusoidalnej
- dostępne minimum 7 długości stentów od 8-33 mm (dopuszcza się stenty dł. 9 lub 10 mm zamiast 8mm)
- dostępne minimalne średnice stentów od 2,5 mm do 4,0 mm
- crossing profil stentu max.0,038 ”dla średnicy 3,0 mm
- grubość ściany stentu mniejsza lub równa 0,0032
- stent na balonie o ciśnieniach: NP. -9ATM, RBP-16 ATM
- możliwość poszerzenia każdego z oczek stentu do średnicy 4,5 mm

Wymagane parametry dla asortymentu „2”, poparte oryginalną dokumentacją techniczną:

- stenty pokrywane przeciwciałami przyspieszającymi proces endotelizacji wewnątrznaczyniowej
- minimalny wymagany zakres średnicy 2,5X-40 mm
- minimum 7 długości stentów w przedziale 8mm do 33 mm (dopuszcza się stenty długości 9 lub 10 mm zamiast 8 mm)
- możliwość poszerzenie każdego oczek stentu do średnicy 4,5 mm
- crossing profile dla stentu 3,0 mm nie większy niż 0.043”

-stent na balonie o ciśnieniach : NP. -9 ATM, RBP- 16 ATM

Wymagane parametry dla asortymentu „3”, poparte oryginalną dokumentacją techniczną:

-balony typu semicompliant

-NP.-6ATM,RBP-16ATM,MBP 22 ATM

-profil do balonu 3,0 mm – max. 0.022”

-minimalny zakres wymaganych ,średnic 1,25-4,0 mm (min. 10 średnic)

-minimalny wymagany zakres długości od 5-30 mm

-pokrycie hydrofilne

-odporny na urazy mechaniczne

- system dostawczy w pełni kompatybilny z przewodnikiem 0,014” i cewnikiem 5F

PAKIET NR 27

„Stenty kobaltowo-chromowe do bezpośredniej implantacji”

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe montowane na balonie Op. – 1 szt.	Op.	200					

Wymagane parametry dla asortymentu „1” poparte oryginalną dokumentacją techniczną:

- stent wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, obecność w stopie niklu (Ni) poniżej 12 %
- stent montowany fabrycznie na balonie typu semi-compliant , w sposób mocny i pewny zabezpieczający przed zsunieniem stentu w trakcie pokonywania zmiany
- system doprowadzający typu monorail
- długość systemu doprowadzającego >135 cm
- dostępne minimalne długości stentów od 8-25 mm
- dostępne minimalne średnice stentów od 2,5 mm do 4,0 mm
- profil przejścia stentu dla średnicy 3,0mm mniejszy lub równy 0,037”
- min. RBP 14 ATM dla średnic 2,5-3,5
- shaft proxymalny mniejszy lub równy 1,8F
- shaft dystalny mniejszy lub równy 2,5F
- profil wejścia mniejszy lub równy 0,017”
- możliwość dopięcia stentu większym balonem bez utraty właściwości zaburzenia właściwości i zaburzenia struktury stentu
- grubość ściany stentu mniejsza lub równa 0,0026” dla pełnego zakresu średnic
- stenty w zakresie średnic 2,5-4,0 kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F
- osadzenie stentu na balonie zabezpieczające przed efektem „Dog Bone”

PAKIET NR 28

„Stenty kobaltowo-chromowe do długich naczyń i trudnych zmian”

L.p.	Asortyment szczegółowy	Jednostka miary	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
1	Stenty wieńcowe chromowe-kobaltowe montowane na balonie Op. – 1 szt.	Op.	100					

Wymagane parametry dla asortymentu „1” poparte oryginalną dokumentacją techniczną:

- stent wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego wykonany techniką slotted tube
- średnica stentów od 2,0-5,0
- dostępne różne długości stentów w zakresie od 7 mm do 40 mm
- skrócenie stentu podczas implantacji poniżej 1%
- grubość ściany stentu max. do 0,095mm
- nie zmieniające profilu przy przechodzeniu przez kręte naczynie
- dobra widoczność stentu w skopii
- system dostawczy w pełni kompatybilny z przewodnikiem 0,014 ” i cewnikiem prowadzący F5 dla wszystkich średnic
- profil przejścia stentu 0,037” dla średnicy stentu 3,0mm
- ciśnienie RBP co najmniej 16 bar ,ciśnienie nominalne poniżej 10 atm
- duża siła radialne co najmniej 62 PSI

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

O F E R T A
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego

na „Dostawę sprzętu do zabiegów kardiologii inwazyjnej w pracowni hemodynamiki wraz z zapewnieniem składu konsygnacyjnego” – Zp/31/PN-28/10.

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....

REGON: NIP:

Numer telefonu Numer teleksu /fax

3. Oferujemy dostawę sprzętu o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty, na pakiety nr za wynagrodzeniem w kwocie:

dla pakietu nr (należy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca składa ofertę) :

„netto” PLN, (słownie:

..... złotych),

podatek VAT – %: PLN,

„brutto” PLN, (słownie:

..... złotych).

4. Oświadczam (oświadczamy)*, że spełniam (spełniamy)* warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 5. Oświadczam (oświadczamy) *, że zapoznałem (zapoznaliśmy) * się z zasadami przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuję (przyjmujemy) * je w całości bez zastrzeżeń.**
6. Oświadczam (oświadczamy) *, że zdobyłem (zdobyliśmy) * wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz, że wyceniłem (wyceniliśmy) * wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
7. Oświadczam (oświadczamy)*, że
(nazwa Przedsiębiorstwa)
nie jest w stanie likwidacji.
8. Oświadczam (oświadczamy) *, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie toczy się postępowanie upadłościowe.
9. Oświadczam (oświadczamy) *, że uważam (uważamy)* się za związanego (związanym)* ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.
- 10. Oświadczam (oświadczamy)*, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuję (zobowiązujemy)* się do podpisania umowy o treści jak w załączniku do SIWZ, w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w piśmie akceptującym, informującym o wynikach przetargu.**
11. Oświadczam (oświadczamy)*, że jestem (jesteśmy)* / nie jestem (jesteśmy)* płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Mój (nasz) * numer identyfikacyjny NIP
.....
12. Oświadczam (oświadczamy)*, że akceptuję (akceptujemy)* warunki płatności.
- 13. Oświadczam (oświadczamy) *, że bezwarunkowo akceptuję (akceptujemy) * wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.**
- 14. Oświadczam (oświadczamy) *, że utrzymam (utrzymamy) cenę ofertową przez okres obowiązywania umowy.**
15. Oświadczam (oświadczamy) *, że sprzęt, na który składam (składamy) ofertę spełnia wymogi z załącznika nr 1 do SIWZ.

* - niepotrzebne skreślić

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

UMOWA DOSTAWY Nr

zawarta w dniu w Wałbrzychu pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000046016
zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora
dr n. med. Romana Szelemeja – Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa

a

.....

.....

zwanym w treści umowy „**Wykonawcą**”

reprezentowanym przez:

.....

.....

§ 1

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu do zabiegów kardiologii inwazyjnej w pracowni hemodynamiki wraz z zapewnieniem składu konsygnacyjnego** ogłoszonego.....
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikiem – pakiet nr stanowi integralną część umowy.

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wyszczególnionych w ofercie przetargowej z dnia, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, o łącznej wartości nie przekraczającej kwotyzł netto (słownie:)+ podatek VAT w należnej wysokości.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sprzęt medyczny o którym mowa w § 2 sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego faxem.

§ 4

1. Przedmiot umowy, o których mowa w § 2 dostarczany będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem, w asortymencie i ilości określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie asortyment posiadający świadectwa i atesty dopuszczające do użytku oraz minimalny 12-miesięczny okres ważności od daty dostawy.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy w terminie:

a) dla zamówień bieżących – do 5 dni,

b) dla zamówień „na cito” – do 48 godzin.

4. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w pkt. 3 a, b, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy.

5. W przypadku nieterminowej realizacji dostaw, oprócz kosztów wymienionych w pkt. 4 Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki zgodnie z § 8 umowy przy czym kara będzie naliczana od wartości opóźnionej dostawy.

6. Zamawiający ma prawo do składania pisemnych reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty dostawy sprzętu i otrzymania faktury.

7. Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczanego przedmiotu umowy i gwarantuje jego wymianę na pełnowartościowy w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego.

§ 5

1. Strony zgodnie postanawiają, iż będzie utworzony skład konsygnacyjny.

2. Ustala się następujące zasady prowadzenia składu konsygnacyjnego:

a) Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu sprzęt medyczny zgodnie z § 2 pkt. 1 niniejszej umowy,

b) wydanie produktów będzie potwierdzone dwustronnie podpisanym protokołem wydania określającym szczegółowo ilość i asortyment produktu. Protokół będzie sporządzany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Odbioru produktów dokonywać będzie osoba upoważniona przez Zamawiającego do koordynacji składu konsygnacyjnego;

c) produkty do chwili zużycia przez szpital stanowią własność Wykonawcy;

d) szpital raz w miesiącu, według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca, będzie sporządzał zbiorcze zestawienie ilościowe i asortymentowe zużytych produktów i przekazywał je Wykonawcy;

e) zestawienie, o którym mowa w lit. d) będzie stanowiło podstawę do sporządzenia faktury za dostawę;

f) Wykonawca uzupełni skład w terminie 7 dni na własny koszt stosownie do pisemnego zapotrzebowania Zamawiającego;

g) Wykonawca ma prawo do dokonania inwentaryzacji składu 1 raz w kwartale w terminie uzgodnionym z koordynatorem składu, o którym mowa w lit. b);

h) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę produktów znajdujących się w składzie jeżeli uszkodzenie, zniszczenie lub utrata jest następstwem działania siły wyższej.

§ 6

1. Za dostarczony przedmiot umowy Wykonawca będzie wystawiał faktury w języku polskim według cen jednostkowych ustalonych w drodze postępowania przetargowego.

2. Poszczególne faktury wystawiane będą na **dany pakiet przetargowy**.

3. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych przedmiotu umowy wyszczególnionych w ofercie przetargowej, o której mowa w § 2 – w okresie obowiązywania umowy.

§ 7

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za zamówiony przedmiot umowy zgodnie z fakturą, w terminie dni od daty dostarczenia towaru i otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikający z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

1) 0,2 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej sprzętu lub za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na cito”,

2) 10 % wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości niewykonanej umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Zamawiającego.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, o których mowa w § 9 pkt.1.

§ 10

1. Zgodnie z art.147 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny określonej w § 2 pkt. 1 powiększonej o podatek Vat, co stanowi kwotę zł (słownie:.....) w formie

2. Zabezpieczenia w wysokości 100 % kwoty, o której mowa w pkt.1 zwrócone będzie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 11

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia do dnia (12 miesięcy).

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.

3. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.

§ 12

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o przepis art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1. Kodeksu Cywilnego

2. Ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

§ 15

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY