

DZPZ-530-Zp/31/PN-28/10

**Wykonawcy - wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu do zabiegów kardiologii inwazyjnej w pracowni hemodynamiki wraz z zapewnieniem składu konsygnacyjnego – Zp/31/PN-28/10.*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na zapytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

**Pyt.** Czy Zamawiający, w zakresie Pakietu nr 21 dopuści złożenie oferty na produkty równoważne (zgodnie ze stosownymi regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych) z zastrzeżeniem złożenia wraz z ofertą, potwierdzonego przez producenta w/w wstrzykiwacza kontrastu, bądź jego autoryzowanego przedstawiciela i/lub serwis w Polsce, oświadczenia:

1. że zaproponowane produkty równoważne wykazują w 100% cechy produktu oryginalnego (dotyczy składu fizyko-chemicznego, reakcji i wpływu na kontakt z organizmem ludzkim oraz gwarantowanej jakości badania),
2. że zaproponowane produkty równoważne są w 100% kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu Medrad Mark V ProVis?

**Odp.** Tak, dopuszczamy.

**Pyt.** - Pakiet nr 20 – Stenty wieńcowe uwalniające lek.

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionym postępowaniu stenty uwalniające paklitaksel o następujących parametrach:

- RBP 16 bar dla średnicy 2,5 mm / 14 bar dla pozostałych średnic
- 7 długości stentów w przedziale 9-32 mm
- średnica stentów 2,25 – 4,0 mm

przy spełnieniu pozostałych wymagań ?

**Odp.** Nie dopuszczamy.

**Pyt.** - Pakiet nr 27 – Stenty kobaltowo-chromowe do bezpośredniej implantacji.

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionym postępowaniu stenty kobaltowo-chromowe o następujących parametrach:

- dostępne długości stentów od 9 mm do 27 mm
- shaft proksymalny wynoszący 1,9 F
- shaft dystalny wynoszący 2,6 F

przy spełnieniu pozostałych wymagań ?

**Odp.** Nie dopuszczamy.