

**Wykonawcy- wszyscy**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, błon i odczynników RTG, odzieży i bielizny jednorazowego użytku. ZP/2/PN-2/08.

W związku z prowadzonym postępowaniem prosimy o wyjaśnienia i sprecyzowanie przedmiotu zamówienia:

**Pakiet 4 pozycja 1 - 7**

1. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne do filtra hydrofobowego w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, tak jak w pozycji 8 i 9? – odpowiedź **-TAK**
2. Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z PTFE?- ? – odpowiedź **-TAK**

**Pakiet 4 pozycja 10,12,13**

1. Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie wejścia kranika były zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami. Kranik zabezpieczony koreczkiem tylko na ujściach żeńskich po rozpakowaniu traci swoją sterylność i stwarza ryzyko zakażenia. ? – odpowiedź **-TAK**
2. Czy Zamawiający wymaga aby kraniki posiadały trójramienne pokrętko?- ? – odpowiedź **-zgodnie ze S.I.W.Z.**

**Pakiet 4 pozycja 14**

1. Czy Zamawiający wymaga sterylnych korków do cewników?- ? – odpowiedź **-TAK**

**Pakiet 5 pozycja 1 - 8**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki Foley były podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia/papier co ułatwia aseptyczne użytkowanie? – odpowiedź -- **TAK JAK W S.I.W.Z.**

**Pakiet 5 pozycja 24**

1. Czy Zamawiający wymaga cewnika do podawania tlenu o długości min. 210 cm ? ? – odpowiedź - **TAK JAK W S.I.W.Z.**

**Pakiet 5 pozycja 25 – 29**

1. Czy Zamawiający wymaga aby cewniki moczowodowe posiadały nylonowy mandryn?- ? – odpowiedź **-TAK JAK W S.I.W.Z.**
2. Czy Zamawiający wymaga aby cewniki były skalowane co 1 cm?- ? – odpowiedź **-TAK JAK W S.I.W.Z.**

**Pakiet 5 pozycja 20**

1. Czy Zamawiający wymaga aby cewniki Pezzera posiadały minimum 3 lub 4 otwory drenujące w celu lepszego drenażu np. w przypadku zatkania się któregoś z otworów?- ? – odpowiedź - **TAK JAK W S.I.W.Z.**
2. Czy Zamawiający wymaga cewników Pezzera o długości min. 40 cm? ? – odpowiedź **-TAK JAK W S.I.W.Z.**

**Pakiet 23**

1. Czy Zamawiający wymaga aby cewniki do odsysania posiadały barwny i numeryczny kod na cewniku w celu łatwiejszej identyfikacji używano cewnika nawet bez opakowania jednostkowego?- ? – odpowiedź **-TAK JAK W S.I.W.Z.**

**Pakiet 28**

1. Czy cewniki mają posiadać balon wykonany z mieszaniny silikonu i lateksu (silkolateksu), co podczas wykonywanych zabiegów minimalizuje kontakt pacjenta z lateksem dzięki uwalniającemu się silikonowi zawartemu w mieszaninie i zmniejsza ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej.- ? – odpowiedź **-TAK JAK W S.I.W.Z.**

2. Czy Zamawiający wymaga sondy ze znacznikiem RTG między balonami co pozwala na pozycjonowanie i lokalizację sondy po założeniu pacjentowi? - ? – odpowiedź -**TAK JAK W S.I.W.Z.**

**Pakiet nr 31 pozycja 1**

1. Czy Zamawiający wymaga aby w zestawie do nefrostomii znajdował się obrotowy łącznik do worka na mocz? - ? – odpowiedź -**TAK JAK W S.I.W.Z.**
2. Czy Zamawiający wymaga w zestawie silikonowej szpulki do mocowania cewnika? - ? – odpowiedź - **TAK JAK W S.I.W.Z.**

**Pakiet 31 pozycja 2**

1. Czy Zamawiający wymaga cewnika z dwuwarstwowego materiału pozwalającego na dłuższą implantację np. do 6 miesięcy? ? – odpowiedź -**TAK JAK W S.I.W.Z.**

**Pakiet 38 pozycja 1**

1. Czy Zamawiający ma na myśli worek laparoskopowy o pojemności 200 ml? ? – odpowiedź -**TAK JAK W S.I.W.Z.**

**Pakiet 38 pozycja 2**

1. Czy Zamawiający dopuści worek laparoskopowy 12 mm? ? – odpowiedź - **TAK JAK W S.I.W.Z.**
2. Czy Zamawiający ma na myśli worek laparoskopowy o pojemności 800 ml? ? – odpowiedź -**TAK JAK W S.I.W.Z.**

**Pakiet 5 pozycja 24**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby wazy posiadały kształt stożka co powoduje rozproszenie strumienia tlenu podczas tlenoterapii zmniejszając traumatyzację śluzówki. ? – odpowiedź -**TAK JAK W S.I.W.Z.**

**Pakiet 9 Poz. 1-16**

1. Czy Zamawiający wymaga znacznika głębokości nad mankietem wokół rurki w postaci grubego ringu o szer. 1 cm? ? – odpowiedź -**TAK JAK W S.I.W.Z.**

**Pakiet 10**

**Pozycja 1-8**

1. Czy Zamawiający wymaga znacznika głębokości nad mankietem wokół rurki w postaci grubego ringu o szer. 1 cm? ? – odpowiedź -**TAK JAK W S.I.W.Z.**

**Pozycja 9**

1. Czy Zamawiający miał na myśli prowadnicę do rurek od średnicy 2,5mm? - ? – odpowiedź -**Zamawiający miał na myśli prowadnicę do rurek o Ø 4,5 mm**

**Pakiet 12**

**Pozycja 1**

1. Czy Zamawiający dopuści skuteczność nawilżania 31 mg H<sub>2</sub>O przy Vt 250ml- ? – odpowiedź -**TAK JAK W S.I.W.Z.**

**Pozycja 3**

1. Czy Zamawiający dopuści filtr o klasie Hepa 13 o skuteczności filtracji 99,99999%- ? – odpowiedź -**TAK JAK W S.I.W.Z.**

**Pozycja 4**

1. Czy Zamawiający dopuści wyższy niż wymagany poziom skuteczności nawilżania filtra tj. ponad 31 mg H<sub>2</sub>O przy VT=250 ml, ale nie posiadający wydzielonego wymiennika ciepła i wilgoci, jednakowoż spełniający jego funkcję nawet z lepszą niż wymagana wydajnością? W razie odmowy prosimy o uzasadnienie kliniczne.- ? – odpowiedź -**TAK JAK W S.I.W.Z.**

**Pozycja 5**

1. Czy Zamawiający wymaga aby samodomykający się port do odsysania umiejscowiony pomiędzy dwiema membranami filtra był silikonowy ?- ? – odpowiedź -**TAK JAK W S.I.W.Z.**

#### **Pozycja 8-10**

1. Czy Zamawiający dopuści rury karbowane o wewnętrznej niegładkiej powierzchni, w których nie wzrasta opór przepływu i nie zalega woda?- ? – odpowiedź -**TAK JAK W S.I.W.Z.**
2. Czy Zamawiający dopuści produkty czyste biologiczne?- ? – odpowiedź - **TAK JAK W S.I.W.Z.**
3. Czy Zamawiający dopuści innego typu końcówki niż elastyczne (typu Flex), ale także gwarantujące szczelność?- ? – odpowiedź - **TAK JAK W S.I.W.Z.**

#### **Pozycja 8**

1. Prosimy o odstąpienie? – odpowiedź -**TAK JAK W S.I.W.Z.**

#### **Pakiet 20**

#### **Pozycja 13,16**

1. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 13 i 16 do odrębnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.- ? – odpowiedź -**TAK JAK W S.I.W.Z.**

#### **Pozycja 13**

1. Czy Zamawiający wymaga maski w komplecie z drenem 210cm?- ? – odpowiedź - **TAK JAK W S.I.W.Z.**

#### **Pakiet 44**

#### **Pozycja 2**

1. Czy Zamawiający ma na myśli produkt jednorazowy czy wielorazowy?- ? – odpowiedź -**TAK JAK W S.I.W.Z.**

#### **Pozycja 3**

2. Czy w komplecie ma być nebulizator z drenem dł. 210 cm , ustnik i przestrzeń martw- ? – odpowiedź -**TAK JAK W S.I.W.Z.**

#### **Pakiet 46**

1. Czy Zamawiający wymaga, żeby worek do godzinowej zbiórki moczu posiadał bezigłowy port dla pobierania próbek moczu?- ? – odpowiedź -**TAK JAK W S.I.W.Z.**
2. Czy Zamawiający dopuści, aby skala pomiarowa była w zakresie 1-40 ml co 1 ml, powyżej 40 ml nie ma uzasadnienie klinicznego. W razie odmowy prosimy o uzasadnienie kliniczne.- ? – odpowiedź -**TAK**
3. Czy Zamawiający wymaga, żeby worek do godzinowej zbiórki moczu można było zamocować na 3 różne sposoby, do każdego typu łóżek?- ? – odpowiedź -**TAK JAK W S.I.W.Z.**
4. Czy zamawiający wymaga, żeby worek do godzinowej zbiórki moczu posiadał antyrefluksową zastawkę, co zapobiega cofaniu się moczu do cewnika, przez co zmniejsza ryzyko zakażenia układu moczowego?- ? – odpowiedź - **TAK JAK W S.I.W.Z.**
5. Czy Zamawiający wymaga, aby na komorze była skala linearna?- ? – odpowiedź -**TAK JAK W S.I.W.Z.**
6. Czy Zamawiający wymaga drenu dwuświatłowego ze spiralą antyzałamaniową na wejściu do komory?- ? – odpowiedź -**TAK JAK W S.I.W.Z.**

#### **Pytanie dot. warunków SIWZ**

1. Czy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do dostarczenia próbek na etapie badania ofert w celu potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami zawartymi w SIWZ?- ? – odpowiedź -**TAK JAK W S.I.W.Z.**

#### **Pakiet nr 9.**

1. Czy można zaoferować rurki bez oznaczenia numeru serii na rurce? Oznaczenie serii znajduje się na każdym opakowaniu jednostkowym rurki.- ? – odpowiedź -**TAK JAK W S.I.W.Z.**

#### **Pakiet nr 10.**

**1. Czy można zaoferować prowadnicę inkubacyjną 2,5? - ? – odpowiedź -Zamawiający miał na myśli prowadnicę do rurek o średnicy 2,5 mm.**

**Pakiet nr 44**

**pozycja nr 3. Nebulizator dla dorosłych.**

**Prosimy o dokładniejszy opis przedmiotu zamówienia .**

**Czy Zamawiający ma na myśli element (zespół) do wytwarzania aerozolu ( jeżeli tak, prosimy o podanie nazwy i typu kompresora, z którym ma współpracować, oraz parametrów aerozolu) czy też ma na myśli kompletne urządzenie do inhalacji wraz z kompresorem, ( jeżeli tak prosimy o podanie wymaganych parametrów urządzenia oraz parametrów aerozolu)**

**odpowiedź – dotyczy nebulizatorów małoobjętościowych ( z zespołem elementów do wytwarzania aerozolu ) współpracujących z każdym inhalatorem w konfiguracji t.j. w S.I.W.Z.**