

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 209 000 EURO
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)**

Informacje ogólne

Tryb zamówienia: **przetarg nieograniczony**

Zamawiający: **Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego**

Adres zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

Podstawa prawna:

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) (**dalej, jako Pzp**).

I.Przedmiot zamówienia:

Najem zespołu urządzeń: urządzenia filtrującego i utrzymującego czystość powietrza o ustalonym sposobie kontroli zanieczyszczeń cząstkami i drobnoustrojami w środowisku oraz urządzenia wykorzystywanego do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych zapewniającego przepływ jałowego powietrza – łoża laminarnej, wraz z wykonaniem instalacji i rozmieszczeniem dostarczonych urządzeń oraz zaprojektowaniem i wykonaniem niezbędnych prac budowlanych umożliwiających instalację urządzeń.

CPV: 45215140-0, 45317400-6, 51410000-9, 50421000-2.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako: SIWZ).

Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Projekt umowy stanowi załączniki nr 3 do SIWZ.

« Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp » oraz « Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp » stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem przypadku

opisanego w art.93 ust. 4 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Zalecana jest wizja lokalna pomieszczeń, w których zainstalowane zostaną urządzenia.

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 dotyczącymi przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

Treść standardów dot. przedmiotu zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdrowie.walbrzych.pl w zakładce « Przetargi ».

II. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego – Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4.

III. Termin realizacji zamówienia:

– zgodnie z terminem podanym przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.

IV. Wymagania od Wykonawców

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Pzp,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

V. Sposób oceny warunków

l.p.	Nazwa (rodzaj) warunku	Sposób oceny
1.	spełnienie wymogów art. 22 ust. 1 ustawy Pzp	<u>na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj. :</u> 1) posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia dostaw - na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – <u>należy wykazać co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim zakresem usługom przedmiotowej.</u>
2.	brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp	<u>na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz wymaganych dokumentów tj.</u> 1) posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru – na podstawie załączonego aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ; 2) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) posiadanie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie

		zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
--	--	--

A) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamiast dokumentów wymienionych w:

- **pkt. 2 tabeli** składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- **ppkt. 1-** nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),

- **ppkt. 2, 3** - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert).

B) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

C) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

D) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą być wystawione po terminie składania ofert ani też dotyczyć okresu po terminie składania ofert.

VI. Podmioty ubiegające się wspólnie o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w tabeli w Rozdz. V SIWZ, pkt. 1.

Wymagania podmiotowe w zakresie opisanym w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. będą sprawdzane i weryfikowane oddzielnie dla każdego Wykonawcy wchodzącego w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

VII. Wadium

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:

- **5 000,00 zł** (słownie : pięć tysięcy zł).

DATA UZNANIA WPLATY BEDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.

Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. Nr 109, poz. 1158).

Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

Informacje dodatkowe:

- 1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego,
- 2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, budynek C,
- 3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp,
- 4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
- 5) Wadium wniesione na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy pzp w innej formie niż pieniądzu, winno zawierać, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych zapisy dotyczące wypłaty i zatrzymania wadium przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to przesłanek zawartych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp, poprzez wyszczególnienie w zapisach wszystkich przypadków umożliwiających zatrzymanie Zamawiającemu wadium i jego bezwarunkowej wypłaty, po spełnieniu któregośkolwiek z warunków określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp.

VIII. Pozostałe informacje

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 07:00 do 14:35 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – od osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- mgr Krzysztof Maciewicz – Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. (74) 6489678,

-mgr Agnieszka Rudzka – Specj. ds. zam. publ., tel. (74) 6489700, agnieszka.rudzka@zdrowie.walbrzych.pl.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami może odbywać się formie pisemnej, elektronicznej lub faksem na numer (074) 6489700. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub e-mailem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po **30 dniach** od daty terminu składania ofert.

X. Zawartość oferty

A) Oferta musi zawierać:

Lp.	Nazwa (rodzaj) dokumentu
1.	Wypełniony Zał. Nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz Wzór oferty– Zał. nr 2 do SIWZ
2.	Dowód wniesienia lub ustanowienia wadium .
3.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art. 22 ust 1 Pzp – Zał. Nr 4 do SIWZ.
4.	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp – Zał. Nr 4 do SIWZ.
5.	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
8.	Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
9.	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp lub informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
10.	Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia (urządzenia) dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 107 poz. 679).
11.	Opisy (katalogi), fotografie przedmiotu zamówienia (urządzenia) w języku polskim.

B) Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy

XI. Sposób składania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy, zgodnie z przepisami powszechnego prawa obowiązującego w kraju pochodzenia Wykonawcy.
- Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane, spięte (zszyte) we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty.
- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, przy czym odpowiedź pisemna zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej.
- Zamawiający udzieli odpowiedzi zgodnie z art. 38 Pzp.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania, zamieszczając informację na stronie internetowej.
- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
- Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp dotyczącymi jawności postępowania oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późniejszymi zmianami), Wykonawca może, nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje nie mogą być udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca w tym celu może złożyć jedną ofertę składającą się z dwóch części:
 - części jawnej,
 - części niejawnej – w sytuacji, w której Wykonawca zastrzega sobie tajemnicę przedsiębiorstwa za wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca powinien « część niejawną » oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.

Ponadto Wykonawca winien wykazać jakie działania podjął celem zachowania poufności informacji zawartych w «części niejawnej» oraz, udowodnić że nie były one wcześniej upubliczniane. Brak skutecznego wykazania działań Wykonawcy w celu zachowania poufności informacji zawartych w «części niejawnej» skutkować może

ujawnienien przez Zamawiającego tych informacji, o czym (zamiar ujawnienia) Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.

- Wycofanie oferty lub jej zmiany

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o tym fakcie przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. z podpisem osoby, która podpisała ofertę, w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo z dopiskiem „ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.

Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną one dołączone do oferty.

Składanie ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Oferta powinna być umieszczona w kopercie oznakowanej w sposób następujący:

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES >

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES >

oferta w <TRYB PRZETARGU>

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA>

nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>

XII. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, bud C – **Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**, w terminie do dnia **22.06.2016** r. do godziny **10 :00**.
- 2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona po upływie terminu określonego w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego bud. D w bibliotece (Sali konferencyjnej) w dniu **22.06.2016** r. o godz. **10 :15**.
- 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XIV. Sposób obliczenia ceny oferty

- 1) Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) a także z uwzględnieniem całego okresu trwania umowy.
- 2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W razie rozbieżności między zapisem cyfrowym i słownym decyduje zapis słowny.

XV. Ocena ofert

- 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczeniu ceny.
- 2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów :

Lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena – ryczałt za okres 60 m-cy	80 %
2.	Termin wykonania przedmiotu zamówienia	20 %

Sposób obliczenia punktów dla kryterium « Cena »:

Cena najniższa otrzymuje automatycznie 80 pkt.

Przeliczenie punktów dla oferty o wyższej cenie:

Cena najniższa z oferty a

----- x 80 pkt = *ilość punktów dla oferty ocenianej*

Cena wyższa z oferty ocenianej *o wyższej cenie*

Sposób obliczenia punktów dla kryterium « Termin wykonania przedmiotu zamówienia »:

Termin najkrótszy otrzymuje automatycznie 20 pkt.

Przeliczenie punktów dla oferty o dłuższym terminie:

Termin najkrótszy z oferty a

----- x 20 pkt = *ilość punktów dla oferty ocenianej*

Termin dłuższy z oferty ocenianej *o dłuższym terminie*

- 3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4) Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz zamieści informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

5) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

6) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.

7) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

XVI. Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niżej istotnych jej warunków: zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach opisanych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z A T W I E R D Z A M

Mariola Dudziak

Dyrektor Szpitala

data zatwierdzenia: **13.06.2016**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: najem urządzenia filtrującego i utrzymującego czystość powietrza o ustalonym sposobie kontroli zanieczyszczeń cząstkami i drobnoustrojami w środowisku oraz urządzenia wykorzystywanego do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych zapewniającego przepływ jałowego powietrza wraz z usługą instalacji i rozmieszczenia dostarczonego urządzenia/urządzeń oraz zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych prac budowlanych umożliwiających instalację urządzenia/urządzeń.

Wykonawca ma obowiązek opracować niezbędną dokumentację techniczną, projektową itp. oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia i zezwolenia wymagane obowiązującymi normami i przepisami prawa, jak również uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie zezwolenia niezbędne do uruchomienia i eksploatacji urządzeń m. in. w:

- Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym
- Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

Zakres pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia Pracowni Cytostatyków ma być zgodny z obowiązującymi w tym względzie normami i przepisami prawa.

2. Opis urządzenia filtrującego i utrzymującego czystość powietrza.

Specyfikacja przetargowa obejmuje urządzenie filtrujące i utrzymujące czystość powietrza o ustalonym sposobie kontroli zanieczyszczeń cząstkami i drobnoustrojami w środowisku, zbudowane i użytkowane w sposób ograniczający wprowadzanie, powstanie i gromadzenie się zanieczyszczeń.

W skład urządzenia wchodzi:

- przestrzeń oddzielona przy pomocy elementów budowlanych tak, że jest odizolowana od zewnętrznego środowiska,
- jednostka wyposażona w skuteczną filtrację powietrza (filtry HEPA stałych cząsteczek).

Urządzenie wewnątrz pomieszczenia czystego musi być zaprojektowane w taki sposób, aby nie generowało dodatkowych zanieczyszczeń, a pomieszczenie wykonać należy z materiałów gładkich i łatwo zmywalnych, odpornych na substancję używane w procesie użytkowania oraz na środki czyszczące.

Zgodnie z Aneks do Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 06.194.1436) oparte o wytyczne GMP/PIC-Guide, obowiązują klasy czystości powietrza oraz pomiary ilości cząstek w stanie pracy. Zgodnie z tym urządzenie powinno mieścić się w klasie B, która charakteryzuje się maksymalną dopuszczalną liczbą cząsteczek w 1 m³ powietrza:

Klasa czystości	w stanie spoczynku		w stanie pracy	
	≥0,5µm	≥5,0µm	≥0,5µm	≥0,5µm
B	3 520	29	352 000	2 900

Dodatkowo urządzenie musi być wyposażone w system całodobowego monitoringu cząsteczek w powietrzu, ciśnienia, temperatury oraz wilgotności.

3. Dane techniczne urządzenia filtrującego i utrzymującego czystość powietrza.

SUGEROWANE PARAMETRY

Lp.	Sugerowane warunki techniczne	Parametr oferowany (podać)
Parametry		
1.	Nadciśnienie w trybie operacyjnym (min. 16 Pa)	
2.	Nadciśnienie w trybie wstrzymania (min. 12 Pa)	
3.	Wymiana powietrza w trybie operacyjnym (min. 67 razy/h)	
4.	Wymiana powietrza w trybie wstrzymania (min. 55 razy/h)	
5.	Oświetlenie LED (min. 1000 lux)	
6.	Oświetlenie (min. 230V/50HZ IP20 125W 335W 12V/35W)	
7.	Filtracja Cząsteczek wg DIN24183 i EN1822	
8.	Klasa filtra wg EN1822	
9.	Wentylator typ RREL4-280x50R	
Wymiary		
10.	Szerokość kabiny (min. 3043 mm)	
11.	Długość całkowita (min. 2362 mm)	
12.	Wysokość całkowita (min. 2700 mm)	
13.	Głębokość przedsionka (min. 970 mm)	
14.	Głębokość części roboczej kabiny (min. 2329 mm)	
15.	Szerokość drzwi rozsuwanych (min. 960 mm)	
16.	Obszar roboczy (min. 6 m ²)	

Materiały, z których wykonane ma być urządzenie to szkło, aluminium stali i laminowane płyty MDF o klasie odporności ogniowej B1.

4. Opis urządzenia wykorzystywanego do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych zapewniającego przepływ jałowego powietrza.

Urządzenie wykorzystywane do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych zapewniające przepływ jałowego powietrza służy przede wszystkim do produkcji aseptycznych leków parenteralnych. W urządzeniu, ruch powietrza musi odbywać się tylko w uregulowanych torach – da to gwarancje stabilnej bariery powietrznej w otworze roboczym i ekstremalnie laminarny strumień powietrza w przestrzeni roboczej, co z kolei gwarantuje najlepszą z możliwych ochronę użytkownika i produktu przed kontaminacją. Urządzenie musi zapewnić/posiadać:

- szybkie wsysanie zanieczyszczeń: cząsteczki usunięte są z przestrzeni roboczej,
- cyfrową centralę monitorującą dopływ prądu, pozycję szyby, proporcje strumieni powietrza i status filtra,
- system zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do laboratorium i zapewniający optymalną cyrkulację powietrza,
- zabezpieczenie akumulatorowe w przypadku zagrożenia deficytem prądu,
- podciśnienie zabezpieczające i gazoszczelna obudowa, aby wszelkie zanieczyszczenia pozostały w środku.

5. Parametry minimalne urządzenia wykorzystywanego do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych zapewniającego przepływ jałowego powietrza.

SUGEROWANE PARAMETRY

Lp.	Sugerowane warunki techniczne	Parametr oferowany (podać)
Dane ogólne		
1.	Urządzenie laboratoryjne	
2.	Komora bezpieczna do środków cytotoksycznych	
3.	Sposób budowy DIN 12980; DIN EN 12469; NSF 49	
Dane techniczne ogólne		
4.	Poziom natężenia dźwięku zgodnie z ISO 11201 $\leq 56,6$ dB(A)	
5.	Moc oświetlenia > 1200 lx	
Dane dotyczące tworzyw: obudowa		
6.	Materiał przestrzeni roboczej - 1,5 mm mocna stal szlachetna	
7.	Materiał obudowy pokryty farbą proszkową 1,5 mm mocna blacha stalowa	
8.	Szyba frontowa, boczna, panel okienny w ścianie tylnej - szkło wielowarstwowe z folią absorbującą promienie UV	
Dane elektryczne		

9.	Napięcie nominalne 230 V AC	
10.	Frekwencja nominalna 50 <u>Hz</u>	
11.	Prąd nominalny względnie wydajność nominalna - max 8,0 A względnie max 1840 VA	
12.	Rodzaj ochrony IP 20	
13.	Podłączenie - wtyczka Schuko	
Dane mechaniczne: szerokość/ wysokość/ głębokość w [mm]		
14.	Wymiary zewnętrzne max 1340/2215±20/875	
15.	Ciężar max. 400 kg	
Dane dotyczące przepływu powietrza „System trzyfiltrowy“		
16.	Objętość strugi powietrza oczyszczonego - ca. 947 m ³ /h	
17.	Objętość strugi powietrza odlotowego i nawiewu - ca. 357 m ³ /h	
18.	Ilość cykli powietrza (normalnie) w przestrzeni roboczej - 1668 /h	
19.	Ilość cykli powietrza(noc) w przestrzeni roboczej - 715 /h	
20.	Obciążenie ciepłem - 5962 kJ/h (1,7 kW)	
21.	Klasa filtra systemu trzyfiltrowego z filtrami: głównym, powietrza oczyszczonego i zanieczyszczonego co najmniej H 14 ($E \geq 99,995\%$) zgodnie z DIN EN 1822-1	
22.	System 3-filtrowy	
23.	6 filtrów nabojoyowych BFP	

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejsowość i data)

O F E R T A
DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA
ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego

na «**Najem zespołu urządzeń: urządzenia filtrującego i utrzymującego czystość powietrza o ustalonym sposobie kontroli zanieczyszczeń cząstkami i drobnoustrojami w środowisku oraz urządzenia wykorzystywanego do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych zapewniającego przepływ jałowego powietrza – łoża laminarnej, wraz z wykonaniem instalacji i rozmieszczeniem dostarczonych urządzeń oraz zaprojektowaniem i wykonaniem niezbędnych prac budowlanych umożliwiających instalację urządzeń**» – Zp/50/PN-49/16

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

.....

REGON:

NIP:

Numer telefonu Numer teleksu /fax

3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem (załącznik nr 1 do SIWZ) za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość miesięcy najmu	Miesięczny koszt najmu netto	Stawka podatku VAT (w %)	Wartość netto przedmiotu zamówienia w okresie 60 m-cy	Wartość brutto przedmiotu zamówienia w okresie 60 m-cy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Najem zespołu urządzeń: urządzenia filtrującego i utrzymującego czystość powietrza o ustalonym sposobie kontroli zanieczyszczeń cząstkami i drobnoustrojami w środowisku oraz urządzenia wykorzystywanego do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych zapewniającego przepływ jałowego powietrza – łożo laminarnej, wraz z wykonaniem instalacji i rozmieszczeniem dostarczonych urządzeń oraz zaprojektowaniem i wykonaniem niezbędnych prac budowlanych umożliwiających instalację urządzeń	60				
RAZEM						

W miesięcznej cenie najmu uwzględniono niezbędny serwis i konserwację urządzeń zgodną z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta (uwzględniającą m. in. wymianę filtrów) przez cały okres trwania umowy) oraz koszty ewentualnego odinstalowania urządzeń po okresie obowiązywania umowy.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostawy urządzeń (wraz z usługą i robotami budowlanymi) spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowane wg powyższej specyfikacji urządzenie jest kompletne i po instalacji oraz rozmieszczeniu wraz z niezbędnymi do wykonania usług pracami budowlanymi, będzie gotowe do pracy bez dodatkowych zakupów.

Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym urządzeniem (których koszt będzie musiał ponieść Zamawiający) – proszę wymienić i wskazać szczegółowe dane (np. rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny brutto):

- _____,

- _____,

4. Oświadczamy, iż wykonamy przedmiot zamówienia w terminietygodni od daty podpisania umowy.

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.....

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

UMOWA Nr Zp/50/PN-49/16

zawarta w dniu r. pomiędzy:

Specjalistycznym Szpitalem im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4, wpisanym do rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu- pod numerem KRS 0000046016

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

mgr Mariolę Dudziak – Dyrektora Szpitala

a

.....

.....

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

.....

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na «**Najem zespołu urządzeń: urządzenia filtrującego i utrzymującego czystość powietrza o ustalonym sposobie kontroli zanieczyszczeń cząstkami i drobnoustrojami w środowisku oraz urządzenia wykorzystywanego do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych zapewniającego przepływ jałowego powietrza – łoża laminarnej, wraz z wykonaniem instalacji i rozmieszczeniem dostarczonych urządzeń oraz zaprojektowaniem i wykonaniem niezbędnych prac budowlanych umożliwiających instalację urządzeń**» ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu r., nr ogłoszenia

§ 1

[Przedmiot umowy]

1. Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu do używania (w najem): urządzenie filtrujące i utrzymujące czystość powietrza o ustalonym sposobie kontroli zanieczyszczeń cząstkami i drobnoustrojami w środowisku oraz urządzenia wykorzystywanego do pracy laboratoryjnej (zwane zamiennie w treści umowy Sprzętem lub Urządzeniem). W ramach umowy najmu Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania urządzeń przez okres najmu.

Umowa obejmuje w szczególności :

- uruchomienie i kontrolę działania Sprzętu poprzez pomiar ilości zanieczyszczeń w powietrzu,
- usunięcia materiałów pakowych i odpadów po instalacji,
- regularny serwis prewencyjny zapewniający stałą, nieograniczoną wydajność filtrów ,
- regularną konserwację i kontrolę działania Sprzętu zapewniająca jej 100% funkcjonalność,
- kalibrację systemu monitoringu,
- bezpłatne części zamienne w ramach konserwacji
- dożywotnią Gwarancję Użytkownika zapewniająca utrzymanie wydajności Sprzętu od pierwszego dnia przez cały okres obowiązywania,
- przeszkolenie pracowników Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego usługi instalacji i rozmieszczenia dostarczonego Sprzętu wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych.

3. Szczegóły dotyczące wykonania usług instalacji i rozmieszczenia Sprzętu oraz szczegóły dotyczące wykonania prac budowlanych opisano szczegółowo w Załączniku nr 1 do umowy – Projekcie Technologicznym, który staje się integralną częścią niniejszej umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem Sprzętu i że Sprzęt nie jest obciążony jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

§ 2

[Czas trwania umowy]

Czas trwania umowy wynosi **60 miesięcy** – od2016 do2021 r.

§ 3

[Zapłata wynagrodzenia]

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy przez Wykonawcę jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmującym cały przedmiot zamówienia o którym mowa w § 1 i wynosi.....zł netto miesięcznie (słownie:zł) + podatek Vat w obowiązującej wysokości tj. zł netto w okresie 60 miesięcy (słownie:zł) + podatek Vat w obowiązującej wysokości.
2. Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy będzie płatne w miesięcznych okresach rozliczeniowych (po upływie każdego miesiąca kalendarzowego) na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.
3. Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 7 dni od zakończenia danego miesiąca.
4. Faktury Wykonawca doręczy na adres Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie **60 dni** od daty otrzymania oryginału prawidłowo sporządzonej faktury.
6. Faktura powinna być wystawiona z zachowaniem przepisów prawa polskiego.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania na rachunku Wykonawcy.
8. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia w terminie, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za zwłokę.
9. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią w trybie art. 509 – 518 Kodeksu Cywilnego.

§ 4

[Prawa i obowiązki Wykonawcy]

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować, rozmieścić Sprzęt, wykonać niezbędne roboty budowlane w Miejscu instalacji oraz przeszkolić personel Zamawiającego, w terminie do **tygodni** od dnia podpisania Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonującemu instalację, rozmieszczenie Sprzętu oraz wykonanie prac budowlanych, w miejscu instalacji, w ustalonych terminach.
2. Po zakończeniu okresu najmu, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru dalszego korzystania z urządzenia tj kontynuacji umowy najmu, zakupu urządzenia na podstawie umowy sprzedaży. Kwota sprzedaży zostanie określona przez rzeczoznawcę lub rezygnacji z dalszej współpracy i odinstalowania urządzenia.
3. Wykonanie robót budowlanych, zostanie potwierdzone stosownym protokołem wykonania robót budowlanych.
4. Wykonawca odpowiedzialny jest za zapewnienie serwisu i konserwacji Sprzętu, zgodnie z Dokumentacją Techniczno Rozruchową, przeszkolenia personelu Zamawiającego oraz dostarczenie

Zamawiającemu instrukcji obsługi sprzętu, w terminie 3 dni licząc od daty sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego sprzętu.

5. Jeżeli w Okresie najmu, z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, Sprzęt będzie wymagał napraw bez których Zamawiający nie może używać Sprzętu w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, Zamawiający zawiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę. Czas przystąpienia przez Wykonawcę do napraw usterek wynosi 2 dni robocze licząc od dnia otrzymania zgłoszenia.

W takim przypadku Zamawiający ma prawo domagać się pomniejszenia zapłaconego czynszu najmu o 1/30 (słownie: jedną trzydziestą) wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień niesprawności Sprzętu.

6. Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia kontroli Sprzętu w dowolnym momencie Okresu najmu.

§ 5

[Prawa i obowiązki Zamawiającego]

1. Po instalacji Sprzętu, Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru Sprzętu w obecności upoważnionej do tego przez Wykonawcę osoby, w szczególności do sprawdzenia zgodności rodzajowej i ilościowej Sprzętu, jak i do sprawdzenia ewentualnych jawnych lub ukrytych wad Sprzętu wskazanych przez Wykonawcę.
2. W przypadku wystąpienia wad Sprzętu przy instalacji i rozruchu, Zamawiający zobowiązany jest do wpisania ich do protokołu zdawczo-odbiorczego, wskazując Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia zgodny z § 4 ust. 4 umowy.
3. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji robót budowlanych lub stwierdzonych wad w zrealizowanych robotach, Zamawiający zobowiązany jest do odnotowania ich w protokole wykonania robót budowlanych. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości lub wad w możliwie najkrótszym terminie. Usunięcie nieprawidłowości i wad potwierdzone zostanie protokolarnie.
4. Zamawiający zobowiązuje się do używania Sprzętu w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu. Dane techniczne Sprzętu, w tym wydajność Sprzętu zawarte są w Dokumentacji Techniczno Rozruchowej i Instrukcji Obsługi, które to zostaną przekazane Zamawiającemu wraz z przekazaniem urządzenia.
5. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie Sprzętu po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego. W gestii Zamawiającego pozostaje ubezpieczenie przedmiotu najmu od wszelkich ryzyk. Wykonawca wskaże Zamawiającemu wszelkie dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia w tym w szczególności wartości urządzenia.
6. W przypadku utraty lub uszkodzenia Sprzętu, Zamawiający ma obowiązek bezzwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę.
7. Zamawiający nie ma prawa oddać Sprzętu do bezpłatnego lub płatnego używania, podnająć go, przenieść własność lub obciążyć jakimkolwiek innym prawem na rzecz osoby trzeciej bez wyraźnej, pisemnej zgody Wykonawcy.
8. Sprzętu nie można usunąć z Miejsca Instalacji przed upływem Okresu realizacji umowy, bez wyraźnej, pisemnej zgody Wykonawcy.
9. Sprzętu nie można łączyć z jakąkolwiek nieruchomością lub rzeczą ruchomą w sposób, który miałby jakikolwiek wpływ na prawo własności Wykonawcy.
10. Sprzętu nie można modyfikować lub rozbudowywać bez wyraźnej, pisemnej zgody Wykonawcy.
11. Jeżeli Sprzęt zostanie zajęty prawem zastawu lub zajęty w postępowaniu egzekucyjnym, Zamawiający bezzwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę i poinformuje osobę dokonującą zajęcia o prawie własności Wykonawcy, przedstawiając niniejszą umowę jako dowód.

§ 6

[Rozwiązanie umowy]

1. Wykonawca uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy przed zakończeniem Okresu najmu, natychmiastowej deinstalacji i odzyskania Sprzętu na koszt Zamawiającego w następujących przypadkach:

- a) Zamawiający zaniedba Sprzęt lub odmówi Wykonawcy dostępu do Sprzętu w celu przeprowadzenia kontroli lub serwisu,
- b) Zamawiający w inny rażący sposób nie będzie wywiązywał się z postanowień niniejszej umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu go do wywiązania się z zobowiązania i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego 14-dniowego terminu.

2. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy przed zakończeniem Okresu najmu, jeżeli Wykonawca w rażący sposób nie będzie wywiązywał się z postanowień niniejszej umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu go do wywiązania się z zobowiązania i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego 14-dniowego terminu. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy przed jej zakończeniem w przypadku, gdy urządzenie nie nadaje się do umówionego użytku lub gdy awaria trwa dłużej niż 15 dni, mimo jej zgłoszenia Wykonawcy zgodnie z § 4 ust. 4 i 5.

3. Jeżeli Strony skorzystają z możliwości wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz Wykonawcy kosztów wykonanych robót budowlanych oraz kosztów wykonanej usługi instalacji i rozmieszczenia Sprzętu, o ile roboty budowlane oraz wykonanie usługi instalacji i rozmieszczenia sprzętu, zostały zrealizowane prawidłowo. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania robót budowlanych oraz dokonania poprawnej instalacji z rozmieszczeniem, będą stosowne protokoły o których mowa w § 5 ust. 2 i 3.

§ 7

[Postanowienia końcowe]

1. Niniejsza umowa zaczyna obowiązywać z chwilą jej podpisania przez obie Strony.
2. Podpisując niniejszą umowę Zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych o Najemcy przez Wykonawcę w celu prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
3. Przyjęta przez Zamawiającego oferta Wykonawcy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Do kontaktów w celu prawidłowego wykonania niniejszej umowy Strony upoważniają:

- ze strony Wykonawcy:

nr telefonu:, adres e-mail:

- ze strony Zamawiającego:

1) mgr Krzysztof Maciewicz – Kierownik Apteki Szpitalnej, nr telefonu: 74/6489678, adres e-mail: krzysztof.maciewicz@zdrowie.walbrzych.pl,

2) Zygmunt Borsuk – Specj. ds. Inwestycji, nr telefonu: 74/6489726, adres e-mail: zygmunt.borsuk@zdrowie.walbrzych.pl.

Zmiana ww. osób lub ich danych nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Jednocześnie Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia się w formie pisemnej lub elektronicznej o wszelkich zmianach osób upoważnionych.

6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony będą stały się rozwiązać polubownie. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 2164) oraz przepisy

Kodeksu Cywilnego.

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2008 i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów.

9. Niniejsza Umowa została sporządzona i podpisana w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

- Załącznik nr 1 – Projekt Technologiczny
- Załącznik nr 2 - SIWZ
- Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4 do SIWZ

.....
.....

(pieczęć Wykonawcy)

.....
.....
(miejsowość i data)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na **«Najem zespołu urządzeń: urządzenia filtrującego i utrzymującego czystość powietrza o ustalonym sposobie kontroli zanieczyszczeń cząstkami i drobnoustrojami w środowisku oraz urządzenia wykorzystywanego do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych zapewniającego przepływ jałowego powietrza – łoża laminarnej, wraz z wykonaniem instalacji i rozmieszczeniem dostarczonych urządzeń oraz zaprojektowaniem i wykonaniem niezbędnych prac budowlanych umożliwiających instalację urządzeń» – Zp/50/PN-49/16** niniejszym oświadczamy iż :

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)