



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych  
tel. 74/64 89 600 fax 74/ 64 89 746  
www.zdrowie.walbrzych.pl  
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl*

---

DZPZ-530-Zp/48/ PN-47/16

Wałbrzych, 21.06.2016r.

**Wykonawcy-wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy nici chirurgicznych oraz wyrobów medycznych”.  
Zp/48/PN-47/16*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. odpowiada na zapytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pyt. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6 poz. 2 również na igłę o długości 12mm najnowszej generacji typu ENOVA wykonana ze stali 300 lecz bez opisu „mikrograwerowana z precyzyjnym zakończeniem”, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza igłę 12mm, ale nie dopuszcza igły bez mikrograwerowania z precyzyjnym zakończeniem.

**Pyt. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 6 na wyłączenie/ wykreślenie pozycji 9?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie/wykreślenie w Pakiecie nr 6 poz. 9.

**Pyt. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział Pakietu nr 6 według rodzaju nici?

**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody na podział Pakietu nr 6.



**Pyt. 8 dot. pakietu nr 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 8 na zaferowanie monofilamentowej siatki najelitowej, antyadhezyjnej, elastycznej, transparentnej, kompozytowej do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pooperacyjnych wewnątrztrzewnowo techniką IPOM składającej się z dwóch komponentów: PVDF (polifluorek winylidenu od strony trzewi + polipropylen od strony otrzewnej), waga: 60 g/m<sup>2</sup>, grubość: 0,7 mm, rozmiar porów: 80 % > 1.0 mm, możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru, dwukierunkowa elastyczność, z kolorowym wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji, powodująca szybkie i całkowite wgajanie się od strony ściany otrzewnowej z jednoczesnym zapobieganiem adhezji siatki do jelit, w rozmiarach: poz. 8 - 15 cm x 25 cm, poz. 9 - 20 cm x 15 cm, poz. 10 - 20 cm x 30 cm, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga siatki niewchłanianej, jednowarstwowej, dwustronnie antyadhezyjna, grubość 0,15mm i porach o wielkości 2,4mm.**

**Pyt. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 3 w poz. 1 – 7 siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, grubość nici 0,15mm, grubość siatki 0,62mm, wielkość porów: 1,1 x 1,1 mm, porowatość rzędu 81-86%, waga 96g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga grubość siatki 0,47mm, waga 85g/m<sup>2</sup>.**

**Pytanie 10**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie w pakiecie 3 poz. 1 siatki w rozmiarze 6,2 x 11,1 cm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 11**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie w pakiecie 3 poz. 2 siatki w rozmiarze 9 x 13 cm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 12**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie w pakiecie 3 poz. 3 siatki w rozmiarze 10,1 x 15,1 cm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 13**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie w pakiecie 3 poz. 7 siatki w rozmiarze 30 x 50 cm.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rozmiaru 30 x 40cm.**

**Pytanie 14**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 poz. 8 i 9 siatek do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, o grubość siatki 0,65 mm i gramaturze 97 g/m<sup>2</sup> do stosowania w technice „plug” razem z dołączoną protezą (zestaw siatkaokrągła+ siatka docięta).

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga grubość siatki 0,71mm.**

**Pytanie 15**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 poz. 8 zestawu siatek jedna o średnicy 9cm, druga siatka (docięta) 5cm x 8cm

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga 1 siatki o Sr. 8cm, drugiej 4,5 x 10cm.**

**Pytanie 16**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 poz. 9 zestawu siatek jedna o średnicy 11 cm, druga siatka (docięta) 5cm x 8cm

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga siatki jednej o Sr. 10cm, drugiej 4,5 x 10cm.**

**Pytanie 17**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 8 poz. 1-5 płaskiej, niewchłaniającej siatki polipropylenowej do zaopatrywania przepuklin techniką laparoskopową oraz otwartą, grubość siatki 0,4mm, gramatura 45g/m<sup>2</sup>, wielkość porów 1.1x1.2mm

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga siatki grubość 0,53mm, gramatura 60g/m<sup>2</sup>, pory o wielkości 1,5mm.**

**Pytanie 18**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 8 poz. 2 siatki o kształcie anatomicznym z ukształtowanym otworem na powróżek nasienny w rozmiarze 4x10cm

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rozmiaru 5 x 10cm bez nacięcia na powróżek.**

**Pytanie 19**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 8 poz. 5 siatki w rozmiarze 10x15cm, z możliwością docinania dożądanego kształtu/rozmiaru

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rozmiaru 7,5cm x 15cm.**

**Pytanie 20**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 8 poz. 6 i 7 siatek do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, o grubość siatki 0,65 mm i gramaturze 97 g/m<sup>2</sup> do stosowania w technice „plug” razem z dołączoną protezą (zestaw siatka okrągła+ siatka docięta).

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga gramatury 82g/m<sup>2</sup>.**

**Pytanie 21**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 8 poz. 6 zestawu siatek jedna okrągła o średnicy 7cm - pozwalająca na uformowanie korka w kształcie stożka, druga siatka (docięta) 5cm x 8cm

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga drugiej siatki: 5 x 10cm.**

**Pytanie 22**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 8 poz. 7 zestawu siatek jedna okrągła o średnicy 9cm - pozwalająca na uformowanie korka w kształcie stożka, druga siatka (docięta) 5cm x 8cm

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga drugiej siatki 5 x 10cm.**

**Pytanie 23**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 8 poz. 8-10 wewnątrztrzewnowej siatki separującej – kompozyt 100% polipropylenu prasowanego termicznie, jednostronnie pokryty silikonem, do naprawy przepuklin techniką klasyczną oraz laparoskopową. Antyadhezyjna siatka nieprzylegająca z możliwością bezpośredniego położenia na jelita o gramaturze w przedziale wagowym 350 – 406 g/m<sup>2</sup> oraz o grubości kształtującej się w przedziale 0,59- 0,97 mm w zależności od wielkości zaoferowanej siatki?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga: grubość 0,15mm oraz dwustronnej siatki z możliwością ułożenia na jelita z obu stron.**

**Pytanie 24**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 8 poz. 9 siatki w rozmiarze 15x20cm

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. 25 dotyczy pakietu nr 2;**

Czy Zamawiający w pozycji nr 2,6 i 25 z igłą odwrotnie tnącą wymaga igły o przekroju trójkątnym na całej długości?

**Odp. Tak, Zamawiający wymaga igły o przekroju trójkątnym na całej długości.**

**Pyt. 26 dotyczy pakietu nr 4 pozycja nr 17.**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą wzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. 27 dotyczy pakietu nr 6 pozycja nr 9:**

Czy Zamawiający dopuści szew w kolorze niebieskim z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. 28 dot. pakietu nr 6, poz. 11**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici o grubości 0. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Pytanie bezprzedmiotowe, ponieważ Zamawiający w pozycji 11 wymaga nitki o grubości 1/0 tzn. „0”.**

**Pyt. 29 dot. pakietu nr 6, poz. 14**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici o o długości 60 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga dł. nitki 75cm.**

**Pyt. 30 dot. pakietu nr 6, poz. 18**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici o grubości 0 lub 1 lub 2/0. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający wymaga grubości nitki 1/0, czyli „0”.**

**Pyt. 31 Dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., grupa I (poz. 1-10), grupa II (poz. 11-17)?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pyt. 32 Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew ze standardowa igłą okrągłą, pozostałe parametry bez zmian? W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza i nie wydziela w/w pozycji do osobnego pakietu. Zamawiający wymaga igłę odczepianą.**

**Pyt. 33 Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew poliestrowy powlekany silikonem, pozostałe parametry bez zmian? W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza i nie wydziela w/w pozycji do osobnego pakietu. Zamawiający wymaga nici niepowlekaney.**

**Pyt. 34 Dotyczy Pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., grupa I (poz. 1-8), grupa II (poz. 9-20), grupa III (poz. 21-25) itd.?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza i nie wydziela w/w pozycji.**

**Pyt. 35 Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1 – 8**

Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną, monofilamentową, kopolimer kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie całkowitego wchłonięcia 90-120 dni, niepowlekaną?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga okresu wchłaniania między 60 a 90 dniem.**

**Pyt. 36 Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji nić barwioną? W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga nić bezbarwną. Zamawiający nie wydziela w/w poz. do osobnego pakietu.**

**Pyt. 37 Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji nić z igłą bez mikrograwerowania? W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga nic z igłą mikrograwerowaną.**

**Pyt. 38 Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 21 – 25**

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga nić monofilamentową, okres wchłaniania ok. 56 dni.**

**Pyt. 39 Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 26 – 30**

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidoksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga szwu o podtrzymywaniu tkankowym min. 50% po 90 dniach.**

**Pyt. 40 Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1 – 6**

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z **Pakietu nr 3 w/w pozycje** zawierające siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 3a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

**Odp. Zamawiający nie wydziela z pakietu w/w pozycji.**

**Pyt. 41 Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1 - 6**

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,56 mm, wielkość oczek 1,2 – 1,4 mm, gramatura 70 g/m<sup>2</sup> ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga grubość siatki 0,47mm, wielkość oczek 0,75mm, waga 85g/m<sup>2</sup>.**

**Pyt. 42 Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2**

Zwracamy się zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 8x15cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. 43 Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., grupa I (poz. 1-28), grupa II (poz. 29), grupa III (poz. 30-32)?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza i nie wydziela z pakietu w/w pozycji.**

**Pyt. 44 Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 1 – 28**

Czy Zamawiający dopuści nić powlekaną w 50% kopolimerem glikolidu i l-laktydu w stosunku 30/70 i w 50% stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga powleczenia w stosunku 35/65.**

**Pyt. 45 Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 29**

Zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do przetargu wchłaniającą nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczęcia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczęcia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga nici z kopolimerem glikolidu i l-laktydu**

**Pyt. 46 Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 30 – 32**

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu poli(glikolid i l-laktyd 30/70) i 50% stearynian wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni, bez dodatku triclosanu?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga nici z poliglaktyny 910 powlekaną środkiem antyseptycznym.**

**Pyt. 47 Dotyczy Pakietu nr 6**

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., grupa I (poz. 1-12), grupa II (poz. 13-19)?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza i nie wydziela z pakietu w/w pozycji.**

**Pyt. 48 Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 1 – 12**

Czy Zamawiający dopuści nić w kolorze niebieskim we wszystkich pozycjach, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. 49 Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji nić z igłą bez mikrograwerowania? W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga igły mikrograwerowanej.**

**Pyt. 50 Dotyczy Pakietu nr 6, poz. 13 – 19**

Czy Zamawiający dopuści szwy polipropylenowe pakowane standardowo, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga opakowania zmniejszające pamięć szwu (nawiniętych na tackę na okrągło).**

**Pyt. 51 Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1 – 5**

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z **Pakietu nr 8 w/w pozycje** zawierające siatki chirurgiczne do operacyjnego leczenia przepuklin w jeden osobny pakiet producentki (np. Pakiet nr 3a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

**Odp. Zamawiający nie wydziela z pakietu w/w pozycji.**

**Pyt. 52 Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1 - 5**

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,56 mm, wielkość oczek 1,2 – 1,4 mm, gramatura 70 g/m<sup>2</sup> ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza gramatury 70g/m<sup>2</sup>, pozostałe parametry dopuszcza.**

**Pyt. 53 Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 1 - 5**

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, grubość siatki 0,36 mm, wielkość oczek 1,5 – 1,7 mm, gramatura 55 g/m<sup>2</sup> ?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga grubość 0,53mm, waga 60g/m<sup>2</sup>.**

**Pyt. 54 Dotyczy Pakietu nr 8, poz. 5**

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 8x15cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pyt. 55 Dotyczy pakietu 7 pozycja 5**

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunków **Woundclot™** oparty na technologii siatki hemostatycznej otrzymanej w wyniku nieutleniającej reakcji chemicznej wykorzystującej celulozę do budowania zaawansowanych grup funkcyjnych stosowany na **obfite krwawienia**, który zapobiega dysocjacji w kontakcie z krwią, co wpływa na stabilność skrzepu nie wymagający mocnego ucisku i chroniący przed Stenozą.

Zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi. Pełna bioprzyswajalność w czasie nie dłuższym niż 7 dni.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga gąbkę hemostatyczną.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany w kartonie, które zawiera 20 saszetek (saszetka zawiera 2 opatrunki o wym. 5 cm x 5 cm) z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga rozmiaru 8 x 5cm.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z pakietu 7 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odp. Zamawiający nie wydziela poz. 5 z pakietu nr 7.**

**Pyt. 58 dot. pakietów od 1 do nr 8.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty bez „lepnych znaczników” w ilości odpowiadającej opakowaniu handlowemu (zawierający informacje m.in.: nazwę, kod, seria i data ważności) który można wkleić do dokumentacji pacjenta. Producenci nie produkują do gotowych wyrobów medycznych dodatkowo „lepnych znaczników”.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na brak „lepnych znaczników”, gdyż są konieczne (są dowodem) do zużycia danej nitki oraz do wklejenia w księdze operacyjnej.**



**Pyt. 59 dot. pakietu nr 5 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie syntetycznej, niewchłanianej taśmy polipropylenowej o wymiarach 450 x 11mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

*Dyrektor Szpitala  
Mariola Dudziak*