



ISO 9001



*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600 fax. 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

Wałbrzych, 27.06.2016 r.

DZPZ-530-Zp/55/PN-54/16

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy narzędzi stomatologicznych – Zp/55/PN-54/16

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania

Poz.1

Czy Zamawiający dopuści Pinceta dentystyczna prosta? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz.3

Czy Zamawiający dopuści Trzonek o długości 120 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz.6

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki typu Weil-Blakesley zakrzywione w górę szer. 3,6 mm dł. części pracującej do uchwytu 120 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz.7

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki typu Weil-Blakesley zakrzywione w górę szer. 4,2 mm dł. części pracującej do uchwytu 120 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz.6, 7

Czy Zamawiający wymaga kleszczyki typu Weil-Blakesley zakrzywione w górę pod kątem 45 ° czy 90 °? **Odp. Zamawiający wymaga kleszczyki typu Weil-Blakesley zakrzywione w górę pod kątem 45 °.**

Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści nożyczki do dziąseł bez nazwy własnej zakrzywione dł.130 mm złożone ucha ? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 11

Czy Zamawiający dopuści nożyczki do dziąseł bez nazwy własnej proste dł.120 mm złożone ucha ? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści nożyczki do dziąseł bez nazwy własnej zakrzywione dł.120 mm złożone ucha ? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 13

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki do materiałów opatrunkowych typu Gross-Maier proste z zapadką dł. części ząbkowanej 26 mm skok ząbków 1,25 mm dł. 200 mm **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 21

Czy Zamawiający dopuści hak operacyjny typu Farabeuf mały dwustronny zestaw składający się z dwóch haków o wymiarach: 25 x 10 i 32 x 12 mm dł. 130 mm oraz 22 x 10 i 28 x 12 mm dł. 125 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 27, 28

Czy Zamawiający dopuści długość 175 mm, pozostałe parametry bez zmian? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 29

Czy Zamawiający dopuści długość 150 mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 30

Czy Zamawiający dopuści odgryzacz kostny DO SYNOWEKTOMII STELLBRINK ZAKRZYWIONE DŁ. 175MM **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 34

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę wielokrotnego użytku z aspiracją 1,8 ml? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 39

Czy Zamawiający dopuści dźwignię do usuwania korzeni Luksator zakrzywiona 3 mm, dł. 150 mm lub dźwignię do usuwania korzeni Bein zakrzywiona 3 mm, dł. 150 mm ? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Poz. 40

Czy Zamawiający dopuści dźwignię do usuwania korzeni Luksator prosta 3 mm, dł. 150 mm lub dźwignię do usuwania korzeni Bein prosta 3 mm, dł. 150 mm ? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Czy Zamawiający przedłuży termin dostawy narzędzi do 4 tygodni? **Odp. Zamawiający nie przedłuża terminu dostawy narzędzi.**