

## Wykonawcy- wszyscy

**Dotyczy:** postępowania na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, błon i odczynników RTG, odzieży i bielizny jednorazowego użytku

**Znak sprawy:** Zp/2/PN-2/08

### Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania :

#### 1. Dotyczy: Pakiet nr 38 “Worki laparoskopowe”

Wnosimy o dopuszczenie możliwości złożenia ofert na worki laparoskopowe samorosprężalne, z metalową obręczą, w rozmiarach wyrażonych w ml odpowiednio: w pozycji nr 1 - 200 ml (średnica worka 5 cm) współpracujących z trokami 10 mm oraz w pozycji nr 2 - 800 ml (średnica worka 10 cm) współpracujących z trokami 12-15 mm.

#### 2. Dotyczy: Pakiet nr 41 “Staplery okrężne”

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania staplerów okrężnych, zagiętych w wymaganych rozmiarach 21, 25, 28, 31 i 34 mm z odłączanym kowadłem, gwarantującym bezpieczne wycofanie staplera bez konieczności łamania głowicy, które stosowane już były na Bloku Operacyjnym w Państwa szpitalu.

Uzasadnienie: Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 41 wskazuje na produkty charakterystyczne tylko i wyłącznie dla jednego dostawcy – firmy Covidien. Pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku sprawi, że Zamawiający uzyska konkurencyjne oferty w w/w pakiecie, co przyczyni się do uzyskania znacznych oszczędności finansowych.

#### 3. Dotyczy: Pakiet nr 42 “Instrumentarium laparoskopowe”

Wnosimy o dopuszczenie w pozycjach od 1 do 12 możliwości zaoferowania staplerów i ładunków w wymaganych rozmiarach 30, 45, 60 i 90 mm o wysokościach zszywek 3,5-3,8 mm dla zszywki niskiej oraz 4,5-4,8 mm dla zszywki wysokiej, posiadających manualną regulację i kontrolę docisku, które stosowane już były na Bloku Operacyjnym w Państwa szpitalu.

Uzasadnienie: Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 42 wskazuje na produkty charakterystyczne tylko i wyłącznie dla jednego dostawcy – firmy Covidien.. Dopuszczenie tolerancji wysokości zszywek sprawi, że w w/w pakiecie będzie mogło wystartować więcej firm i Zamawiający uzyska konkurencyjne ceny.

### **Odpowiedzi :**

**Ad. 1. TAK, dopuszczamy**

**Ad. 2. TAK , dopuszczamy**

**Ad. 3. TAK, dopuszczamy**